

情熱価格「体重体組成計プロポスキャン」をご購入されたお客様へ

平素は、弊社グループ店舗をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

この度、2012年7月26日より発売致しました「情熱価格 体重体組成計プロポスキャン」の一部商品に、測定情報の表示において動作不良が見られたので、ご報告いたします。この件でお客様が健康を害することはありません。

お客様には、ご迷惑をお掛けいたしまして、大変申し訳ございません。

当該商品をご購入のお客様は、最寄り店舗もしくは下記フリーダイヤルまでお問い合わせいただきましたら、無償にて返品交換させていただきます。

弊社では、今後、より一層の商品管理および品質向上に努めてまいります。今後ともご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

1. 対象商品および確認方法

販売期間:2012年7月26日～2012年10月22日

商品名:情熱価格 体重体組成計プロポスキャン

型番:DM-MH01PI(ピンク) DM-MH01BK(ブラック)

JAN: JAN:4959023313368(ピンク) JAN:4959023313351(ブラック)

※製造番号:120600001～120605880(本体裏銘版シールの左に記載)が当該商品となります。

年齢・性別の設定において、＜女性＞＜50才～80才(80才が年齢設定の最大値)＞と設定すると、基礎代謝量が3,000kcal(通常は1,000kcal台)と誤表示されます。

[対象商品写真]



※現在販売されている同商品は、動作不良が修正された商品になります。修正された商品には製造番号の末尾に「P」(ピンク)もしくは「B」(ブラック)との記載がございます。

2. 販売店舗

全国の「ドン・キホーテ」「MEGAドン・キホーテ」

3. お問い合わせ先

ご購入店舗もしくは

当製品製造元 株式会社丸隆 お客様相談室:フリーダイヤル 0120-104-300/FAX03-5365-3883

[フリーダイヤル受付時間]9:00～17:00(祝祭日以外の月～金曜日)

■報道関係の方のお問合せ先

株式会社ドン・キホーテ 広報室

【電 話】 03-5725-7666

【E-mail】 pr@donki.co.jp